

Safe Label System

Point of Care Station

MT - Malti

Harsa ġenerali

Codonics Safe Label System SLS 550i Point of Care Station (PCS) huwa l-istandard tal-kura fl-Internet sptarijiet ewlenin fid-dinja. Apparat mediku tal-Klassi II tal-FDA rebbieħ tal-premju, is-sistema titjieg is-sigurtà u l-eżattezza tal-ġestjoni tal-medikazzjoni u l-konformità tat-tikkettar kullimkien mediciċini huma ppreparati. Fl-OR, l-SLS jintegra ma 'karretti għall-medikazzjoni ta' l-anestesija għal identifika elettronikament il-mediċina li hemm fl-idejn. Konferma viżwali u li tinstema 'bbażata fuq l - NDC ta' il-kunjett / ampulla tipprovdi lill-kliničisti b'verifica tas-sigurtà f'hin reali li tagixxi bħala t-tieni sett ta' 'għajnejn, tgħin biex telmina l-iż-żbalji l-aktar prevalenti fil-medikazzjoni. Fuq talba, SLS tipproduci tikketta lesta biex tapplika konformi mat-TJC li tinkludi barcode li jaqbad l-NDC mill- kunjett parenterali għall-integrazzjoni fl-amministrazzjoni ma 'Epic u Cerner. Meta jintuża flimkien ma 'Kodonika SLS-WAVE, dan il-process jiddokumenta b'mod elettroniku r-rekord tal-pazjent 'hands-free' biex ittejjeb il - qbid tal - ħlas, l - eżattezza tal - kontijiet u l - konformità 340B, billi toħloq standardizzazzjoni u li jippermetti lil BCMA fl-OR.

Karatteristiki / Benefiċċi

- Tirregista awtomatikament studji tal-pazjenti mingħajr ma torbot il-workstation tiegħek jew ir-riżorsi tal-impjegati
- Tintegra mal-flussi tax-xogħol eżistenti, billi żżid il-konformità tat-TJC u s-sorveljanza tal-farmacija post fejn fuq talbamediciċini huma ppreparati, bħall-OR, ICU, PACU, pazjent sulari u farmacija
- Jipprovdi lill-kliničisti b'kontrolli elettroniċi tas-sigurtà tal-medikazzjoni filwaqt li jżid il-produttività
- Tippermetti drogi, dilwenti, konċentrazzjonijiet approvati fl-isptar, u doża totali / volum totali preparazzjonijiet jiġu integrati ma 'l-aħjar prattiki rikonoxxuti mad-dinja kollha u internazzjonali standards f'formularju ġestit mill-ispizerija u disponibbli fuq ponot ta' 'kulħadd preparazzjoni ta' 'medicini
- Jaqbad l-NDC eżatt tal-kunjett parenterali u jgħorrha fuq it-tikketta ppreparata biex tipprovdi Dokumentazzjoni preċiża ta' 100% għall-qbid tal-ħlas u r-responsabbiltà ta' 340B
- Jista 'jiġi mmaniġġat mill-bogħod inkluż aġġornamenti tas-softwer u jipprovdi feedback tal-istatus lil utenti spċifikati permezz tal- Ghodda ta' 'Amministrazzjoni u l-Email Notifier (mhux obbligatorju)

- Meta tintuża flimkien ma 'SLS-WAVE, is-soluzzjoni shiħa tippermetti' idejn ħielsa ' integrazzjoni ma 'Epic u Cerner biex timmassimizza d-dħul, ittejjeb ir-riżultati tal-pazjent u l-klinċista fluss tax-xogħol billi tnaqqas il-klikks manwali
- Žbalji fil-preparazzjoni u l-għażla kif ukoll ineżattezzi fid-dokumentazzjoni jseħħu għal numru tar-raġunijiet. Distrazzjonijiet multipli, kalligrafija ħażina u drogi li jixbhu / jixbħu ħafna jikkontribwixxu għall-potenzjal għal žbalji fil-medikazzjoni. SLS thaddan is-sejħha biex ittejjeb il-pazjent u s-sigurtà tal-medikazzjoni minn:
- Inaqqsas l-iż-żabalji l-aktar komuni tad-droga magħmula matul l-għażla, il-preparazzjoni u amministrazzjoni ta 'medicini injettabbli u ġol-vini fl-OR, inkluż kunkett / ampulla swaps, tikkettar ħażin / ittikkettar li ma jinqarax, swaps ta 'siringi u siringi skaduti
- Jissodisfa r-rakkomandazzjonijiet ISMP u APSF li għandu jkollu kull post ta 'anestetizzazzjoni mekkaniżmu biex jiġu identifikati medicini qabel ma tfassalhom jew tamministrahom (qarrej tal-barcode)
- Jippreżenta awtomatikament lill-klinċisti b'konfermi viżwali u li jinstemgħu ta 'kull droga u konċentrazzjoni, li tinkorpora kontrolli elettroniċi tas-sigurtà biex tneħħi l-element ta 'żball uman

Speċifikazzjonijiet

Sistema: Kompjuter tat-touch screen integrat, skaner tal-barcode 2D, printer bil-linka bil-kulur, feedback awdjo u kapaċi għan-netwerk (Standard Ethernet, Wi-Fi mhux obbligatorju)

Qawwa: Input Universali: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Dimensjonijiet: 10.43"(26.5 cm) W, 15.67 "(39.8 cm) D, 16.50" (41.9 cm) H

Piż: 14.5 lbs. (6.6kg)

Regolatorju: Konformità shiħa tal-apparat mediku inkluż Klassi 2 FDA u Klassi I MDR 2017/745 / UE (CE), GMP / QSR, ISO 13485:

2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Sikurezza Elettrika IEC 60601-1 Ed. 3.1

u EMC / EMI: FCC Klassi A u IEC 60601-1-2: Ed. 4 għal

Faċilitajiet Professjonal tal-Kura tas-Saħħa

Barcodes li jistgħu jinqraw: Kodiċi 128, GS1-128, Matriċi tad-Dejta, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8,

GS1DataBar Familja, Interleaved 2 minn 5, ITF-14, Kodiċi 39, Kodiċi 32, ISBT 128, Kodiċi QR

Barkodes li jistgħu jinkitbu: Data Matrix, EAN-13 / UPC-A